



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR MACCONKEY

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, destinado à detecção, isolamento, contagem de coliformes e patógenos intestinais da água, laticínios e materiais biológicos.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AMAC052304 |
| <b>Validade</b> | 04.08.2023 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Rosa              |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH</b>        | 7,3 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                   | Resultados de crescimento                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922      | Crescimento de colônias cor-de-rosa                             |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Não houve crescimento                                           |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453     | Bom crescimento de colônias incolores e inibição parcial do véu |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltida@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370