



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MACCONKEY

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, destinado à detecção, isolamento, contagem de coliformes e patógenos intestinais da água, laticínios e materiais biológicos.

Lote	AMAC052310
Validade	10.08.2023

Cor	Rosa
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento de colônias cor-de-rosa
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Não houve crescimento
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	Bom crescimento de colônias incolores e inibição parcial do véu

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltada@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370