



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR SAL MANITOL

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial indicado para o isolamento de bactérias do gênero *Staphylococcus*.

Lote	AMAN052310
Validade	10.08.2023

Cor	Vermelho Rosado
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	7,4 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento inibido
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom de colônias amarelas
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 14990	Crescimento bom de colônias vermelhas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-8042
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370