



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MYCOSEL

INDICAÇÃO

Meio seletivo utilizado para o isolamento de fungos patogênicos de amostras clínicas, em especial dermatófitos.

Lote	AMYC052315
Validade	15.11.2023

Cor	Amarelo
Volume envasado	5 ml
Odor	Característico
pH	6,9 ± 0,2 a 25° C


CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Crescimento bom a excelente
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Inibição parcial a completa Inibição parcial a completa
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inibição completa Inibição completa

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltida@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370