



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO SELENITO

INDICAÇÃO

Utilizado para o enriquecimento seletivo de *Salmonella* spp. e algumas cepas de *Shigella* spp. em amostras de fezes, urina e alimentos.

Lote	CSEL052315
Validade	15.11.2023

Cor	Âmbar claro
Volume envasado	5 ml
Odor	Característico
pH	7,0 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento pobre de colônias rosas.
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento bom de colônias incolores.
<i>Shigella sonnei</i> ATCC 9290	Crescimento inibido.

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370