



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR R2A

INDICAÇÃO

Meio de cultura estéril para cultivo e contagem de bactérias heterotróficas em água, através da técnica de membrana filtrante ou semeadura em superfície.

Lote	AR2A072319
Validade	19.10.2023

Cor	Âmbar claro
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	7,2 ± 0,2 a 25° C


CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas controle:	Resultados
<i>E. coli</i> ATCC 25922	Crescimento bom
<i>S. Aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom
<i>P. Aeruginosa</i> ATCC 27853	Crescimento bom

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160
Fone: (85) 2181-8042
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370