



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO P/ URINA

#### INDICAÇÃO

O meio Agar Cromo para Urina (Meio de orientação) é um meio não seletivo para o isolamento, identificação presuntiva, diferenciação e enumeração de agentes patogênicos do aparelho urinário através da detecção, por agentes cromogênicos específicos, da atividade enzimática bacteriana sobre determinados substratos.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CROU072303 |
| <b>Validade</b> | 03.10.2023 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Amarelo Palha     |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH:</b>       | 6,9 ± 0,2 a 25° C |

#### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Bom crescimento de colônias rosa         |
| <i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048 | Bom crescimento de colônias azul escuro  |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883  | Bom crescimento de colônias azul escuro  |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453      | Bom crescimento de colônias marrom claro |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923  | Bom crescimento de colônias branco/bege  |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433  | Bom crescimento de colônias azul/claro   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Bom crescimento de colônias âmbar        |
| <i>Salmonella typhi</i> ATCC 6539        | Bom crescimento de colônias âmbar        |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Bom crescimento de colônias âmbar        |

#### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160  
Fone: (85) 2181-8042  
E-mail: agarlabltlda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370