



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TSB/CALDO TRIPTONA SOJA

INDICAÇÃO

Meio utilizado para o isolamento e manutenção de microrganismos fastidiosos (exigentes).

Lote	CTSB072312
Validade	12.01.2024

Cor	Amarelo translúcido
Volume envasado	3 ml
Odor	Característico
pH:	7,3 ± 0,2 a 25° C


CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento de colônias com beta-hemólise
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	Bom crescimento de colônias com alfa-hemólise
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bom crescimento de colônias com beta-hemólise

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370