



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR HEKTOEN

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

Lote	AHEK082308
Validade	08.11.2023

Cor	Verde escuro ou verde azulado
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	7,5 ± 0,2 a 25° C


CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias incolores com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento de colônias verdes e verde azulados
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias alaranjadas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370