



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR EMB (TEAGUE)**

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AEMB082330 |
| <b>Validade</b> | 30.11.2023 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Vinho             |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH</b>        | 7,1 ± 0,2 a 25° C |


### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Crescimento bom a excelente; colônias pretas azuladas com reflexo verde metalizado. |
| <i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028 | Crescimento bom a excelente; colônias cinzentas claras a âmbar.                     |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022      | Crescimento razoável a bom; colônias incolores a âmbar claro.                       |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212  | Inibição parcial; colônias incolores.                                               |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370