



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MUELLER-HINTON SANGUE

INDICAÇÃO

Meio destinado à realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos.

Lote	AMHS082329
Validade	29.11.2023

Cor	Vermelho
Espessura	4,0 mm
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Crescimento bom de colônias brancas
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento bom de colônias incolores
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Crescimento bom de colônias incolores
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom de colônias incolores

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltida@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370