



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR CROMOGÊNICO ENTEROCOCCUS VANCOMICINA RESISTENTE (VRE)

INDICAÇÃO

Meio utilizado para detecção de *Enterococcus vancomicina* resistentes.

| | |
|-----------------|------------|
| Lote | AVRE092320 |
| Validade | 20.12.2023 |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Cor | Âmbar claro ligeiramente opalescente |
| Espessura | 3,5 mm |
| Odor | Característico |
| pH | 7,1 ± 0,2 a 25° C |

CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS | Resultados de crescimento |
|---|------------------------------------|
| <i>Enterococcus faecalis</i> VRE ATCC 51229 | Bom crescimento de colônias negras |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Crescimento inibido |
| <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434 | Crescimento inibido |

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlablt@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370