



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR CLED/MACCONKEY

#### INDICAÇÃO

##### Cled

Meio utilizado para o isolamento, identificação e diferenciação de microrganismos potencialmente patogênicos presentes na urina. Sua deficiência em eletrólitos inibe o véu de espécies de *Proteus*.

##### MacConkey

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, destinado à detecção, isolamento, contagem de coliformes e patógenos intestinais da água, laticínios e materiais biológicos.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Lote</b>      | CLMC092320        |
| <b>Validade</b>  | 20.12.2023        |
| <b>Cor</b>       | Verde/Rosa        |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH</b>        | 7,3 ± 0,2 a 25° C |

#### CONTROLE DE QUALIDADE

##### Cled

| CEPAS                                   | Resultados de crescimento                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Crescimento de colônias amarelo profundo          |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922      | Crescimento de colônias amarelas                  |
| <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 8427       | Crescimento de colônias azuis sem formação de véu |

##### MacConkey


| CEPAS                              | Resultados de crescimento           |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Crescimento de colônias cor-de-rosa |

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Não houve crescimento                                           |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453     | Bom crescimento de colônias incolores e inibição parcial do véu |

## ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370