



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: UREIA BASE

INDICAÇÃO

É utilizado para a diferenciação de micro-organismos com base na produção de urease, a partir de amostras clínicas e outros materiais.

Lote	AUREIA102313
Validade	13.04.2024

Cor	Palha/amarelo
Volume envasado	2,5 ml
Odor	Característico
pH	6,8 ± 0,2 a 25° C


CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Reação urease negativo (palha/amarelo)
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Reação urease positivo fraco (rosa/vermelho)
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Reação urease positivo (rosa/vermelho)
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Reação urease negativo (palha/amarelo)

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370