



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO STREP B**

### INDICAÇÃO

O meio Agar Cromo Strep B é recomendado para isolamento seletivo de estreptococos do Grupo B de amostras clínicas.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CGBS102310 |
| <b>Validade</b> | 10.01.2024 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Amarelo palha     |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH:</b>       | 7,3 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                       | Resultados de crescimento         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922          | Crescimento inibido               |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923     | Crescimento inibido               |
| <i>Staphylococcus agalactiae</i> ATCC 13813 | Bom crescimento de colônias azuis |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160  
Fone: (85) 2181-8042  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370