



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR HEKTOEN/ SALMONELLA-SHIGELLA

INDICAÇÃO

Meios seletivos e diferenciais, utilizados para o isolamento de enterobactérias, especialmente aquelas pertencentes ao gênero *Salmonella* e *Shigella*.

Lote	HKSS092325
Validade	25.12.2023

Cor	Verde escuro ou verde azulado/ Rosa Alaranjado
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH Hektoen	7,5 ± 0,2 a 25° C
pH s.s.	7,0 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

Hektoen

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias incolores com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento de colônias verdes e verde azulados
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias alaranjadas


Salmonella-Shigella

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias incolores com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento de colônias pequenas e incolores

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370