



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR SANGUE

INDICAÇÃO

Meio nutricionalmente rico, não seletivo, geralmente utilizado para o isolamento e cultivo de microrganismos fastidiosos e não fastidiosos, possibilitando a verificação da atividade hemolítica das colônias.

Lote	ASAN112329
Validade	29.02.2024

Cor	Vermelho
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento de colônias abundantes
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias abundantes
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bom crescimento de colônias com beta hemólise

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370