



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR CROMOGÊNICO ENTEROCOCCUS VANCOMICINA RESISTENTE (VRE)

INDICAÇÃO

Meio utilizado para detecção de *Enterococcus* vancomicina resistentes.

Lote	AVRE112317
Validade	17.02.2024

Cor	Âmbar claro ligeiramente opalescente
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	7,1 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Enterococcus faecalis</i> VRE ATCC 51229	Bom crescimento de colônias negras
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Crescimento inibido
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Crescimento inibido

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltida@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370