



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TIOGLICOLATO

INDICAÇÃO

Meio utilizado em testes biológicos de esterilidade e para o cultivo de bactérias anaeróbias, aeróbias e microaerófilas.

Lote:	CTGL112311
Validade:	11.05.2024

Cor	Âmbar claro *Se mais de um terço superior do meio adquiriu uma cor rosa, o meio pode ser restaurado em banho maria ou em vapor fluído até que a cor rosa desapareça.
Volume envasado	4 ml
Odor	Característico
pH	7,1 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Crescimento bom a excelente.
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Crescimento bom a excelente.

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370