



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CITRATO SIMMONS

INDICAÇÃO

Meio utilizado para a diferenciação de coliformes isolados de água e amostras clínicas.

Lote	ACIT122305
Validade	05.06.2024

Cor	Verde
Volume envasado	2,5 ml
Odor	Característico
pH	6,9 ± 0,2 a 25° C


CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Crescimento de colônias com alteração do meio para azul
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ausência ou pouco crescimento sem alteração de cor do meio

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370