



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR SABOURAUD DEXTROSE**

### INDICAÇÃO

Meio seletivo utilizado para o isolamento de fungos patogênicos de amostras clínicas.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | ASAD122308 |
| <b>Validade</b> | 08.03.2024 |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>             | Âmbar Claro       |
| <b>Volume envasado</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>            | Característico    |
| <b>pH</b>              | 5,6 ± 0,2 a 25° C |


### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                     | Resultados de crescimento |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus niger</i> ATCC 1015        | Bom crescimento           |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231        | Bom crescimento           |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 9763 | Bom crescimento           |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160  
Fone: (85) 2181-8042  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370