



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: TSI

INDICAÇÃO

Diferenciar bacilos gram negativos com base na fermentação de carboidratos, produção de sulfeto de hidrogênio e gás.

Lote	ATSI122305
Validade	05.06.2024

Cor	Vermelho opalescente
Volume envasado	4 ml
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,2 a 25° C


CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Superfície	Base	H²S
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ácido	Ácido, gás	Neg
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Alcalino	Ácido	Neg
<i>Edwardsiella tarda</i> ATCC 15947	Alcalino	Ácido	Pos
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Alcalino	Alcalino	Neg

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370