



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO P/ URINA

INDICAÇÃO

O meio Agar Cromo para Urina (Meio de orientação) é um meio não seletivo para o isolamento, identificação presuntiva, diferenciação e enumeração de agentes patogênicos do aparelho urinário através da detecção, por agentes cromogênicos específicos, da atividade enzimática bacteriana sobre determinados substratos.

Lote	CROU122313
Validade	13.03.2024

Cor	Amarelo Palha
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH:	6,9 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias rosa
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Bom crescimento de colônias azul escuro
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Bom crescimento de colônias azul escuro
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	Bom crescimento de colônias marrom claro
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento de colônias branco/bege
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Bom crescimento de colônias azul/claro
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Bom crescimento de colônias âmbar
<i>Salmonella typhi</i> ATCC 6539	Bom crescimento de colônias âmbar
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Bom crescimento de colônias âmbar

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160
Fone: (85) 2181-8042
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370