



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR SAL MANITOL**

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial indicado para o isolamento de bactérias do gênero *Staphylococcus*.

<b>Lote</b>	AMAN112324
<b>Validade</b>	24.02.2024

<b>Cor</b>	Vermelho Rosado
<b>Espessura</b>	3,5 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,4 ± 0,2 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

<b>CEPAS</b>	<b>Resultados de crescimento</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento inibido
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom de colônias amarelas
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 14990	Crescimento bom de colônias vermelhas

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-8042  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370