



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR SALMONELLA-SHIGELLA**

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial destinado ao isolamento de bacilos entéricos patogênicos, especialmente aqueles pertencentes ao gênero *Salmonella* e *Shigella*.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | ASS012424  |
| <b>Validade</b> | 24.04.2024 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Rosa Alaranjado   |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH</b>        | 7,0 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Crescimento de colônias incolores com centro negro |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022      | Crescimento de colônias incolores                  |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Crescimento de colônias rosas                      |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltida@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370