



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: TSI**

### INDICAÇÃO

Diferenciar bacilos gram negativos com base na fermentação de carboidratos, produção de sulfeto de hidrogênio e gás.

<b>Lote</b>	ATSI012410
<b>Validade</b>	10.07.2024

<b>Cor</b>	Vermelho opalescente
<b>Volume envasado</b>	4 ml
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,4 ± 0,2 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

<b>CEPAS</b>	<b>Superfície</b>	<b>Base</b>	<b>H<sup>2</sup>S</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ácida	Ácida, gás	Negativo
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Alcalina	Ácida	Positivo
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Alcalina	Ácida, gás	Positivo
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Alcalina	Alcalina	Negativo
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Alcalina	Ácida	Negativo


### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370