



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: UREIA BASE

### INDICAÇÃO

É utilizado para a diferenciação de micro-organismos com base na produção de urease, a partir de amostras clínicas e outros materiais.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Lote</b>     | AUREIA012430 |
| <b>Validade</b> | 30.07.2024   |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>             | Palha/amarelo     |
| <b>Volume envasado</b> | 2,5 ml            |
| <b>Odor</b>            | Característico    |
| <b>pH</b>              | 6,8 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Reação urease negativo (palha/amarelo)       |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883  | Reação urease positivo fraco (rosa/vermelho) |
| <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315       | Reação urease positivo (rosa/vermelho)       |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Reação urease negativo (palha/amarelo)       |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltida@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370