



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO STREP B

INDICAÇÃO

O meio Agar Cromo Strep B é recomendado para isolamento seletivo de estreptococos do Grupo B de amostras clínicas.

Lote	CGBS022405
Validade	05.05.2024

Cor	Branco gelo
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH:	7,3 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento inibido
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento inibido
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	Bom crescimento de colônias azuis

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160
Fone: (85) 2181-8042
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370