



S E R V I Ç O S

## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO CANDIDA**

### INDICAÇÃO

Meio de cultura destinado ao isolamento seletivo e diferencial de espécies de *Candida*.

<b>Lote</b>	CROC022419
<b>Validade</b>	19.05.2024

<b>Cor</b>	Amarelo Palha
<b>Espessura</b>	3,5 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	5,9 ± 0,2 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

<b>CEPAS</b>	<b>Resultados de crescimento</b>
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 1369	Bom crescimento de colônias azuis acinzentadas a azuis esverdeadas ou azuis metalizadas com ou sem halos violetas no meio circundante.
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Bom crescimento de colônias verdes claro a verde médio.
<i>Candida krusei</i> ATCC 34135	Bom crescimento de colônias rosa claro com um rebordo esbranquiçado.

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltada@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370