



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO PI/ URINA

#### INDICAÇÃO

O meio Agar Cromo para Urina (Meio de orientação) é um meio não seletivo para o isolamento, identificação presuntiva, diferenciação e enumeração de agentes patogênicos do aparelho urinário através da detecção, por agentes cromogênicos específicos, da atividade enzimática bacteriana sobre determinados substratos.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CROU022420 |
| <b>Validade</b> | 20.05.2024 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Amarelo Palha     |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH:</b>       | 6,8 ± 0,2 a 25° C |

#### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Bom crescimento de colônias rosa/púrpura                          |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883  | Bom crescimento de colônias azul escuro mucóide                   |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453      | Bom crescimento de colônias marrom claro                          |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923  | Bom crescimento de colônias branco/bege                           |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29912  | Bom crescimento de colônias pequenas azul esverdeado              |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Bom crescimento de colônias transparentes com pigmento esverdeado |

#### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

#### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160  
Fone: (85) 2181-8042  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370