



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR SANGUE/CHOCOLATE

#### INDICAÇÃO

##### Sangue

Meio nutricionalmente rico, não seletivo, geralmente utilizado para o isolamento e cultivo de microrganismos fastidiosos e não fastidiosos, possibilitando a verificação da atividade hemolítica das colônias.

##### Chocolate

Meio de cultivo bastante rico em nutrientes, destinado ao isolamento de microrganismos exigentes.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | SACH022407 |
| <b>Validade</b> | 07.05.2024 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Vermelho/Marrom   |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH</b>        | 7,3 ± 0,2 a 25° C |

#### CONTROLE DE QUALIDADE

##### Sangue

| CEPAS                                     | Resultados de crescimento                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923   | Bom crescimento de colônias com beta hemólise |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615  | Bom crescimento de colônias com beta hemólise |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303 | Bom crescimento de colônias com alfa hemólise |

##### Chocolate

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento          |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 49226  | Crescimento de colônias abundantes |
| <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 10211 | Crescimento de colônias abundantes |


## **ESTERILIDADE**

Ausência de crescimento de microrganismos.

## **CONCLUSÃO**

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370