



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR R2A**

### INDICAÇÃO

Meio de cultura estéril para cultivo e contagem de bactérias heterotróficas em água, através da técnica de membrana filtrante ou semeadura em superfície.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AR2A032427 |
| <b>Validade</b> | 27.06.2024 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Âmbar claro       |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH</b>        | 7,2 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| <b>Cepas controle:</b>          | <b>Resultados</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| <i>E. coli</i> ATCC 25922       | Crescimento bom   |
| <i>S. Aureus</i> ATCC 25923     | Crescimento bom   |
| <i>P. Aeruginosa</i> ATCC 27853 | Crescimento bom   |


### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160  
Fone: (85) 2181-8042  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370