



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO PI/ URINA

INDICAÇÃO

O meio Agar Cromo para Urina (Meio de orientação) é um meio não seletivo para o isolamento, identificação presuntiva, diferenciação e enumeração de agentes patogênicos do aparelho urinário através da detecção, por agentes cromogênicos específicos, da atividade enzimática bacteriana sobre determinados substratos.

Lote	CROU032420
Validade	20.06.2024

Cor	Amarelo Palha
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH:	6,8 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias rosa/púrpura
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Bom crescimento de colônias azul escuro mucóide
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	Bom crescimento de colônias marrom claro
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento de colônias branco/bege
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29912	Bom crescimento de colônias pequenas azul esverdeado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Bom crescimento de colônias transparentes com pigmento esverdeado

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60357-160
Fone: (85) 2181-8042
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370