



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: MILI

INDICAÇÃO

Avaliar a motilidade, produção de indol e descarboxilação da lisina para identificação de enterobactérias.

Lote	AMIL042406
Validade	06.10.2024

Cor	Roxo
Volume envasado	4 ml
Odor	Característico
pH	6,6 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	MOT+; LIS+; IND+
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	MOT-; LIS+; IND-
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	MOT+; LIS-, IND-

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370