



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR TRYPCASE SOJA

INDICAÇÃO

Meio de cultivo utilizado para isolamento e manutenção de microrganismos fastidiosos (exigentes).

Lote	ATSA042402
Validade	02.07.2024

Cor	Amarelo
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas controle:	Resultados
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento de colônias
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	Bom crescimento de colônias
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bom crescimento de colônias

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370