



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO CANDIDA

INDICAÇÃO

Meio de cultura destinado ao isolamento seletivo e diferencial de espécies de *Candida*.

Lote	CROC042423
Validade	23.07.2024

Cor	Amarelo Palha
Espessura	3,5 mm
Odor	Característico
pH	5,9 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 1369	Bom crescimento de colônias azuis acinzentadas a azuis esverdeadas ou azuis metalizadas com ou sem halos violetas no meio circundante.
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Bom crescimento de colônias verde claro a verde médio.
<i>Candida krusei</i> ATCC 34135	Bom crescimento de colônias rosa claro com um rebordo esbranquiçado.

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370