



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO SELENITO

INDICAÇÃO

Recomendado como meio de enriquecimento para isolamento de Salmonella e de alimentos, laticínios, materiais de higiene importância e amostras clínicas.

Lote	CSEL042416
Validade	16.10.2024

Cor	Ligeiramente amarelado, podendo apresentar alguns precipitados em suspensão
Volume envasado	5 ml
Odor	Característico
pH	7,0 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Bom crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Pouco ou nenhum crescimento

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370