



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CITRATO SIMMONS

INDICAÇÃO

Meio utilizado para a diferenciação de coliformes isolados de água e amostras clínicas.

Lote	ACIT052403
Validade	03.11.2024

Cor	Verde
Volume envasado	2,5 ml
Odor	Característico
pH	6,9 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias com alteração do meio para azul
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ausência ou pouco crescimento sem alteração de cor do meio


ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370