



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR MUELLER-HINTON SANGUE**

### INDICAÇÃO

Meio destinado à realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AMHS052403 |
| <b>Validade</b> | 03.08.2024 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>       | Vermelho          |
| <b>Espessura</b> | 4,0 mm            |
| <b>Odor</b>      | Característico    |
| <b>pH</b>        | 7,3 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Conforme tabela de Controle de Qualidade BRCast |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 |                                                 |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213  |                                                 |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212  |                                                 |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370