



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MUELLER-HINTON

INDICAÇÃO

Meio destinado à realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos.

Lote	AMH062422
Validade	22.09.2024

Cor	Amarelo claro
Espessura	4,0 mm
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Conforme tabela de Controle de Qualidade BRCast
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	


ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltida@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370