



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR SABOURAUD DEXTROSE**

### INDICAÇÃO

Meio seletivo utilizado para o isolamento de fungos patogênicos de amostras clínicas.

<b>Lote</b>	ASAD072419
<b>Validade</b>	19.01.2025

<b>Cor</b>	Âmbar Claro
<b>Volume envasado</b>	7 ml
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	5,6 ± 0,2 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

<b>CEPAS</b>	<b>Resultados de crescimento</b>
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 1015	Bom crescimento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Bom crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370