



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: TSI

INDICAÇÃO

Diferenciar bacilos gram negativos com base na fermentação de carboidratos, produção de sulfeto de hidrogênio e gás.

Lote	ATSI072430
Validade	30.01.2025

Cor	Vermelho opalescente
Volume envasado	4 ml
Odor	Característico
pH	7,4 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Superfície	Base	H²S
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ácida	Ácida, gás	Negativo
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Alcalina	Ácida, gás	Positivo
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Alcalina	Alcalina	Negativo


ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370