



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR CLED

### INDICAÇÃO

Meio utilizado para o isolamento, identificação e diferenciação de microrganismos potencialmente patogênicos presentes na urina. Sua deficiência em eletrólitos inibe o véu do *Proteus*.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CLED082426 |
| <b>Validade</b> | 26.11.2024 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>          | Verde             |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm            |
| <b>Apresentação</b> | Biplaca           |
| <b>Odor</b>         | Característico    |
| <b>pH</b>           | 7,3 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                   | Resultados de crescimento                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Crescimento de colônias amarelo profundo          |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922      | Crescimento de colônias amarelas                  |
| <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 8427       | Crescimento de colônias azuis sem formação de véu |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370