



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: CALDO TIOGLICOLATO

#### INDICAÇÃO

Meio utilizado em testes biológicos de esterilidade e para o cultivo de bactérias anaeróbias, aeróbias e microaerófilas.

<b>Lote:</b>	CTGL082406
<b>Validade:</b>	06.02.2025

<b>Cor</b>	Âmbar claro <b>*Se mais de um terço superior do meio adquiriu uma cor rosa, o meio pode ser restaurado em banho maria ou em vapor fluido até que a cor rosa desapareça.</b>
<b>Volume envasado</b>	4 ml
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,1 ± 0,2 a 25° C

#### CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Bacillus fragilis</i> ATCC 25285	Crescimento bom
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom

#### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

#### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370