



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR SABOURAUD CLORANFENICOL

INDICAÇÃO

Meio seletivo utilizado para o isolamento de fungos patogênicos de amostras clínicas. A adição de cloranfenicol aumenta a seletividade do meio.

Lote	ASCL092410
Validade	10.03.2025

Cor	Âmbar Claro
Volume envasado	5 ml
Apresentação	16x150
Odor	Característico
pH	5,6 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 1015	Bom crescimento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Bom crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inibição completa

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 11/09/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370