



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR SALMONELLA-SHIGELLA

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial destinado ao isolamento de bacilos entéricos patogênicos, especialmente aqueles pertencentes ao gênero *Salmonella* e *Shigella*.

Lote	ASS092416
Validade	16.12.2024

Cor	Rosa Alaranjado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15
Odor	Característico
pH	7,0 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias incolores com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento de colônias incolores
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento de colônias rosas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 17/09/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370