



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: CALDO TSB/CALDO TRIPTONA SOJA**

### INDICAÇÃO

Meio utilizado para o isolamento e manutenção de microrganismos fastidiosos (exigentes).

<b>Lote</b>	CTSB092416
<b>Validade</b>	16.03.2025

<b>Cor</b>	Amarelo translúcido
<b>Volume envasado</b>	3 ml
<b>Apresentação</b>	13x100 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH:</b>	7,3 ± 0,2 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

<b>CEPAS</b>	<b>Resultados de crescimento</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento de colônias
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	Bom crescimento de colônias
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bom crescimento de colônias

### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 17/09/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com



**Bruno Jaeger Laranjeira**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370