



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR SANGUE/MACCONKEY

INDICAÇÃO

Sangue

Meio nutricionalmente rico, não seletivo, geralmente utilizado para o isolamento e cultivo de microrganismos fastidiosos e não fastidiosos, possibilitando a verificação da atividade hemolítica das colônias.

MacConkey

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, destinado à detecção, isolamento, contagem de coliformes e patógenos intestinais da água, laticínios e materiais biológicos.

Lote	SAMC092417
Validade	17.12.2024

Cor	Vermelho/Rosa
Espessura	3,5 mm
Apresentação	Biplaca 90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,1/ 7,3 $\pm$ 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

Sangue

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento de colônias com beta hemólise
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bom crescimento de colônias com beta hemólise
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Bom crescimento de colônias com alfa hemólise

MacConkey

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias cor-de-rosa
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Bom crescimento de colônias incolores

<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Não houve crescimento
---	-----------------------

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 18/09/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370