



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR HEKTOEN

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

Lote	AHEK092426
Validade	26.12.2024

Cor	Verde escuro ou verde azulado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,5 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias esverdeadas com centro negro (produção de H ₂ S)
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento de colônias esverdeadas
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias alaranjadas

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 27/09/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370