



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR SAL MANITOL

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial indicado para o isolamento de bactérias do gênero *Staphylococcus*.

Lote	AMAN092426
Validade	26.12.2024

Cor	Vermelho Rosado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,4 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento inibido
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom de colônias amarelas
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 14990	Crescimento bom de colônias vermelhas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 27/09/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-8042
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370